



Wrocław, 07 marca 2016r.

#### 4 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY

z POLIKLINIKĄ SP ZOZ we Wrocławiu

ul. R. Weigla 5, 50-981 Wrocław

### WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę zastawek aortalnych dla pracowni hemodynamiki, znak sprawy 24/Med./2016

Zamawiający 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164) dalej Pzp informuje, że wpłynęło zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w ww. postępowaniu przetargowym:

#### Pytanie nr 1:

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie przedmiotu zamówienia, w celu prawidłowej kalkulacji ceny. Czy w skład przedmiotu zamówienia wchodzi również przewodnik?

**Odpowiedź na pytanie nr 1: W odpowiedzi na pytanie Zamawiający modyfikuje treść załącznika nr 2 do SIWZ – zestawienie asortymentowo-cenowe. Zapis otrzymuje następujące brzmienie:**

L.p.	Przedmiot zamówienia	Jednostka miary	Wartość jednostkowa netto (zł)	Ilość	Wartość netto (zł)	Cena brutto <sup>1</sup> (zł)	Producent/ Nazwa handlowa/ Numer katalogowy/ Nr strony w mat. informacyjnych
<b>Zastawka aortalna 33140000-3 Materiały medyczne</b>							
1.	Zastawka aortalna - dojsięcie przez wkłucie udowe- materiał zastawki: osierdzie wołowe- ramka rozprężana mechanicznie wykonana z plecionego nitynołu - dostępne średnice nominalne 23mm, 25mm i 27mm- zakres działania (średnice):23mm: ≥20mm ≤23mm; 25mm: ≥ 23 mm ≤ 25mm;	szt.		4			

<sup>1</sup> Cena brutto (zł), będąca podstawą do wyliczenia punktów za cenę – otrzymujemy ze wzoru: Wartość jednostkowa netto(zł) razy Ilość – daje Wartość netto (zł), z której to wartości liczymy podatek vat i po dodaniu podatku vat do wartości netto otrzymujemy Cenę brutto (zł).

	<p>27mm: <math>\geq 23</math>mm  <math>\leq 27.5</math>mm- wysokość  ramki nitynolowej  19mm- długość robocza  systemu dostarczającego  dla średnicy 23mm –  103cm, dla średnicy  25mm – 113cm, dla  średnicy 27mm – 113cm,  <b>przewodnik w zestawie.</b>  średnica zewnętrzna  systemu dostarczającego  : dla średnicy 23mm –  6.9mm, dla średnicy  25mm – 7.2mm, dla  średnicy 27mm – 7.2mm</p>						
<b>RAZEM</b>							